

60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet
az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről

2. melléklet a 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelethez *
A TEVÉKENYSÉGEK VÉGZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES MINIMUMFELTÉTELEK

Vastagbélvizsgálat		Szakmakód: 9603
A népegészségügyi célú, célzott vastag- és végbélvizsgálat minimumfeltételei a szűrő kolonoszkópos vizsgálatokhoz		
A tevékenység végzéséhez szükséges minimumfeltételek	Kötelező szakterületi kompetenciák	
<i>SZEMÉLYI FELTÉTELEK:</i>		
gasztroenterológus szakorvos*	2 fő	
endoszkópos szakasszisztens + egészségügyi szakképesítéssel rendelkező asszisztens (2020. 01. 01. előtt 1 fő szakasszisztens + 1 fő asszisztens)	2 fő	
adminisztrátor	X	
betegkísérő	EL	
<i>HELYISÉG FUNKCIÓK:</i>		
beteg megfigyelő	1 db	
kolonoszkópos helyiség	1 db	
eszközmosó helyiség	1 db	
<i>TÁRGYI FELTÉTELEK:</i>		
Álló eszközök		
HD felbontású videokolonoszkóp	2 db	
CO2-insufflator (2020. 01. 01. után kötelező, előtte opcionális)	1 db	
nagyfrekvenciás vágókészülék	1 db	
HD felbontású videoprocesszor + fényforrás	1 db	
HD felbontású monitor	1 db	
képtároló rendszer (2020. 01. 01. után kötelező, előtte opcionális)	1 db	
monitor	1 db	
mobil szívó	1 db	
hűtőszekrény	1 db	
automata eszközmosó	1 db	
UH-os tisztító (2020. 01. 01. után kötelező, előtte opcionális)	1 db	
leakage teszt	1 db	
endoszkóp mosótál	1 db	
pulzoxyméter	1 db	
Fogyó eszközök, amelyeknek a biztonságos működéshez folyamatosan nagyobb tételzárban az endoszkópos laborokban ott kell lenniük		
injektor	4 db	

haemoklipp rögzítő	1 db
haemospray és/vagy endoclot	1 db
Coagrasper	1 db
biopsziás fogók (kolonoszkóphoz)	4 db
polypectomiás hurkok	2 db
polypcsapda	1 db
OTSC klipp	1 db
idegentestfogó	2 db
endoszkópos marker (tattoo)	1 db
bódításhoz szükséges gyógyszerek, illetve antidotumaik	X
AZ ELLÁTÁSHOZ SZÜKSÉGES DIAGNOSZTIKAI ÉS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE:	
CT diagnosztika	EK
Intenzív osztály	EK
Aneszteziológiai munkahely	EK
Radiológia	EK
Patológia	EK
Sebészet	EK
Laboratórium	EK
Mikrobiológiai laboratórium	EK
Nukleáris medicina	EK
elektronikus dokumentációhoz szükséges eszközök	X
betegtájékoztatók a vizsgálatról	X
elfogadott elektronikus leletarchiváló rendszer, amely alkalmas a leletek visszakeresésére, szelektálására és szűrésére, statisztikai adatok kinyerésére	X

*Gastroenterológus szakorvos: 3 év gastroenterológiai gyakorlat és évi 150 kolonoszkópia végzése a csatlakozást megelőző utolsó 3 évben

Az egészségügyi szolgáltató vállalja az alábbiak biztosítását:

- folyamatosan adatot szolgáltat az Országos Szűréstámogató Rendszerbe (OSZR),
- a vizsgálati leleteket az előzetesen megajánlott sablonba vezeti, amely követi a minimum standard nomenklaturát,
- 2020. év után minden vizsgálat során képi dokumentálást készít, amely a minőségi kolonoszkópia feltételrendszerének megfelel,
- biztosítja a rendelkezésére álló eszközök szükséges karbantartását, a folyamatos üzemeltetéshez szükséges fogyóeszközöket, a minden vizsgálat után kötelező endoszkópos mosóautomata használatához a szükséges vegyszereket,
- biztosítja a munkavégzéshez szükséges további feltételeket mindaddig, amíg a szűrésből kiszűrt személyek megjelenése a szakrendelésen várható, és amíg az elvégzett kolonoszkópos vizsgálatról a szükséges jelentéseket tovább nem küldte.